


# Haltbarkeit von Dr. Deppe Desinfektions- und Reinigungsmitteln im Anbruchgebinde



## Haut und Hände

Lotio Sept Gel	12 Monate
Lotio Sept Basic	12 Monate
OP Sept Basic	12 Monate
OP Sept Basic Bio-wipes	28 Tage
Lotio HD	12 Monate
Lotio 2 in 1	28 Tage

## Fläche

Beta Guard Neu	12 Monate
Beta Guard rfu	12 Monate
Beta Guard rfu Bio-wipes	28 Tage
Beta Guard rfu wipes	28 Tage
Spray Off	12 Monate
Spray Off Bio-wipes	28 Tage
Spray Off wipes	28 Tage
Spray In QF	12 Monate
Spray In QF Bio-wipes	28 Tage
Spray On	12 Monate
Spray On Bio-wipes	28 Tage
Spray In Neu	12 Monate

### Hinweise:

Um die angegebenen Haltbarkeitszeiten der Dr. Deppe Produkte im Anbruchgebinde gewährleisten zu können, ist folgendes zu beachten:

- Anbruchgebinde zeigt keine Beschädigungen nach Öffnung
- Produktentnahme unter hygienischen Bedingungen
- Unmittelbar nach jeder Verwendung sorgfältig Wiederverschließen
- Bereits entnommenes Produkt nicht in das Originalgebinde zurückgeben
- Bei Verwendung eines Spenders die Verdunstung des Inhaltes vermeiden

## Instrumente, Reiniger und Gel

Endo Star Neu	12 Monate
Instru Extra	12 Monate
Instru Suc	12 Monate
Instru Plus	12 Monate
Instru Sept AF	12 Monate
Instru Star rfu	12 Monate
Instru Zym	6 Monate
Instru Zym Bio-wipes	28 Tage
Labomat MA	12 Monate
Labomat KS	12 Monate
Labomat SPM	12 Monate
Labomat E	12 Monate
Instru Gel	12 Monate

**Die Haltbarkeitskennzeichnung im Anbruchgebinde obliegt der Verantwortung des Anwenders.**

**Die oben genannten Angaben gelten nur für geöffnete Originalgebinde.**

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen

T +49 (0) 2151 5565-0 W [www.dr-deppe.de](http://www.dr-deppe.de)